

Special feature

確実な供給のための 最良の再生処理・単回使用



■ Statement

感染制御における再生処理の重要性—最新ガイドラインから読み解くチェックポイント

181

——水谷 光

■ Basis 最良の滅菌保証を知る

①バリデーションとトレーサビリティ—なぜ必要で、どう実施するのか？

186

——久保田英雄

②インジケータの役割—どんな原理で、どう使い、どんな製品があるのか？

193

——石野直己・中島芳樹

■ Update

再生処理装置の最新事情

—使用にあたっての背景・前提・選定・バリデーションする際のポイントまで

201

——小林 誠

■ Central supply 最良の再生処理業務を導く方策

①再生処理業務のシステム化—中央材料部門の課題と解決策

208

——酒井大志

②人と仕組みと再生処理業務の舞台裏

214

——齋藤 篤

■ Suggestion

歯科領域における再生処理—歯科クリニックの課題と器材管理の実際

219

——畑 了子

■ Focus 最良の内視鏡の再生処理・単回使用**① 消化器内視鏡における感染対策，本邦における歩みと課題**

——佐藤 公

225

② 内視鏡の洗浄・消毒の実際

——山田雅子・阿部清一郎

230

③ 救急/集中治療領域における単回使用型の気管支内視鏡

——早川峰司

236

④ 内視鏡の感染制御—管理体制の構築・教育・JCI 認証取得の取り組み

——梶川智弘

239

■ Topic**再製造単回使用医療機器 (R-SUD) の今—日本の現状・課題，そして今後の展望**

——大久保憲

244

250 バックナンバー

252 お奨め文献紹介

255 次号予告

256 奥付